

LABORATOR APE UZATE

Galati, Strada Brailei nr. 221, tel. 0236 466510

Lista de incercari si tarife pentru Laboratorul Ape Uzate

Nr. Crt.	Denumirea incercarilor	Tip de proba (Matrice)	Documentele de referință după care se execută analiza	Pret (cu TVA) lei
1	Deplasare recoltare proba	apa uzata; apa de suprafata;	-	10.91
2	*Temperatura	apa uzata; apa de suprafata;	-	1.59
3	pH	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR EN ISO 10523:2012	5.95
4	Consum chimic de oxigen CCO-Cr	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR ISO 6060:1996	44.13
5	Consum biochimic de oxigen dupa 5 zile CBO5	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda WTW cu sistwm de masurare Oxi Top IS 12	57.52
6	Materii totale in suspensii. Metoda prin filtrare pe filtre din fibra de sticla	apa uzata; apa de suprafata;	SR EN 872:2005	26.28
7	Reziduu filtrabil uscat al apei la 105°C	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	STAS 9187:1984	29.25
8	Substanțe extractibile cu solvenți. Metoda gravimetrica	apa uzata; apa de suprafata;	SR 7587:1996	47.10
9	Agenti de suprafata anionici prin masurarea indicelui de albastru de metilen MBAS	apa uzata; apa de suprafata;	SR EN 903:2003	42.15
10	Amoniu. Metoda spectrometrica manuala. Metoda prin distilare si titrare.	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR ISO 7150-1:2001 SR ISO 5664 :2001	17.65 24.59
11	Sulfuri Metoda iodometrica. Metoda spectrofotometrica.	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR 7510:1997 Metoda NANOCOLOR Test1-88	16.36 20.83
12	*Azotiti	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR EN ISO 26777:2002	10.91

13	*Sulfati	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	Metoda NANOCOLOR Test 0-86	28.50
14	*Cloruri	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR ISO 9297/2001	10.41
15	*Fier	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR ISO 6332:1996/C91:2006	32.23
16	*Azot total	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-92	38.18
17	*Indice fenolic	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-74	28.76
18	*Cianuri	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-31.	28.26
19	*Zinc	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-96.	10.41
20	*Cupru	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-54	9.42
21	*Crom	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-24.	6.84
22	*Plumb	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-09.	32.23
23	*Cadmiu	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-14.	33.22
24	*Fosfor total	apa uzata; apa de suprafata;	Metoda NANOCOLOR Test 0-81.	40.66
25	*Azotati	apa uzata; apa de suprafata; puturi;	SR ISO 7890-3:2000 Metoda NANOCOLOR Test 1-65.	20.63 10.81

Observatii: Încercările marcate cu ” * ” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.